

РЕШЕНИЕ
НА МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

27.07.2020 г.

№ 71

гр. София

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 106 ал. 6, чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Решение № 162/23.12.2020 г. на министъра на отбраната за откриване на процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет „Доставка на оборудване за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е)“ по обособени позиции, с прогнозна стойност 375 000 лв. без ДДС, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки с № 00164-2020-0057 и на интернет-страницата на Министерството на отбраната, профил на купувача, <http://pp.mod.bg/МО-DOA-2019-103>, утвърден доклад с № РД-38-73/17.07.2020 г. за резултатите от дейността на комисията, назначена със заповед на министъра на отбраната № ЗОП-13/04.02.2020 г., за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите, и провеждане на преговори,

РЕШИХ:

I. Отстранявам от процедурата единствения участник по двете обособени позиции – „ЛОМИНИ“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявени условия на Възложителя за всяка от позициите със следните мотиви:

1. 1. По обособена позиция № 1 - „Доставка на оборудване за колективна защита“:

Участникът е оферирал краен срок за изпълнение на доставката – 7 (седем) месеца, считано от датата на сключване на договора, с което не е изпълнил условието на т. I, б.1.1. от документацията за участие. Съгласно това условие на Възложителя, доставката следва да се извърши в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на сключване на договора.

1.2. По обособена позиция № 2 – „Доставка на преносим многоканален биологически детектор със способност за предаване на данни в мрежа“:

Съгласно изискванията по т. 2.1. от техническата спецификация ТС Д62.3215.18-ВО, изделието трябва да определя наличието и вида на биологичните агенти (спори, бактерии, вируси и токсини) в полеви условия.

Участникът е предложил изделието биологически детектор FLIR модел IBAC 2, което осигурява ранно предупреждение, състоящо се в автоматично задействане на аларма (звукова и светлинна сигнализация) при наличие на биологични агенти, но без да е възможно определяне на конкретния им вид, като по този начин то не отговаря на горепосоченото изискване на т. 2.1 от техническата спецификация на Възложителя.

II. Прекратявам процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за ядрена, химическа, биологическа защита и екология (ЯХБЗ и Е)“ на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП поради това, че представените оферти на единствения участник в процедурата по двете обособени позиции, не отговарят на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, при фактическите мотиви посочени по-горе, поради което са неподходящи.

III. На основание § 131, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП, във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати до всички участници в тридневен срок от издаването му и съобразно чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП, в същия ден да се публикува на профила на купувача на интернет страницата на Министерството на отбраната на следния адрес: <http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-103>, заедно с Доклад № РД-38-73/17.07.2020 г. за дейността на комисията, назначена със заповед на министъра на отбраната № ЗОП-13/04.02.2020 г.

IV. На основание § 131, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП, във връзка с чл. 197, ал.1, т.7, буква „д“ от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред комисията за защита на конкуренцията с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 18, в 10-дневен срок от получаването му от участниците.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ



The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text 'МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА' around the top edge, 'Република България' in the center, and a small asterisk at the bottom. The seal is partially overlapping the signature line.